

**“安妮塔” 醫療用束帶 – 手術胸罩 5523**

許可證：衛部醫器輸壹字第 016179 號

乳房切除手術後穿戴，可適當固定傷口敷料。



**產品特點及使用說明：**

1. 乳房切除手術後穿戴，可適當固定傷口敷料。
2. 前扣，開放式肩帶設計，方便換藥，方便穿脫。
3. 無毒信心紡織品，透氣舒服，通過敏感及刺激物測試。
4. 請用溫和洗劑手洗或機洗，水溫勿超過攝氏 40 度。
5. 材質：  
40%PA 聚亞氨，25%PES 聚酯纖維，20%EL/Lycra 萊卡，15%CO 純棉。
6. 本產品適用於乳房切除術後立即穿戴。
7. 康復後亦可作為日常穿戴或運動時穿戴。
8. 尺寸表：  

32/70 A-B-C-D-E
36/80 A-B-C-D-E
40/90 A-B-C-D-E

34/75 A-B-C-D-E
38/85 A-B-C-D-E
42/95 A-B-C-D-E

44/100 A/B/C
--------------

**Confidence in Textiles 信心紡織品**

信心紡織品始於 1992 年

是根據 OE KO-TEX® Standard 國際標準測試  
 測試對人類健康與生態無毒無害的紡織品認證  
 紡織品素材、線材、鋼圈、鈕扣都需通過驗證



乳房切除手術後，使用傳統的彈性繃帶包紮方式讓換藥變得很不方便，換藥檢查傷口的時間相對增加很多。**Anita-5523** 手術胸罩人性化的設計，讓病患感受充份的安全感，保有隱私，並提供醫護人員換藥檢查傷口的便利性。手術完成後可立即穿戴，康復後亦可作為日常穿戴或運動時穿戴。

代理商：安適醫療器材股份有限公司      電話：02-2999-0046

中區經銷商：百合康有限公司                      電話：04-2320-1526

南區經銷商：勇承有限公司                      電話：07-347-9921

製造商：ANITA Moravia s.r.o.

製造商地址：Heralec 89, CZ-59201 Heralec, Czech Republic